



依頼者名: 株式会社 SORIN 殿

結果報告日: 2024年 2月 9日

報告書番号: RIN24NK010CW1

試料名: doshiwater 道志村の天然水  
2024年1月16日製造分  
LOT番号: 240116

株式会社 同位体研究所  
代表取締役 埴 美乃  
神奈川県横浜市栄区上郷町1112-111F  
TEL: 045-719-4325 FAX: 045-719-4326



検体特記事項: 試料名は依頼者記載

検体量: >2kg

ISO/IEC 17025 認定機関 (PJLA#74141)  
放射性物質核種分析検査 (Cs134, Cs137, I131)

検査及び判定法:

厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準ずるGe  $\gamma$  線スペクトロメーター  
による核種測定 (定量下限 0.5 Bq/Lでの飲料水核種測定)

分析結果: Ge定量0.5

| 核種          | 分析対象品目分類  | 測定値 | 単位   | 定量下限値 | 検出下限値 |
|-------------|-----------|-----|------|-------|-------|
| Iodine-131  | 水         | ND  | Bq/L | 0.4   | 0.2   |
| Caesium-134 | 国内は、合算規制値 | ND  | Bq/L | 0.4   | 0.3   |
| Caesium-137 |           | ND  | Bq/L | 0.5   | 0.3   |
| 放射性セシウム計    | 水         | ND  | Bq/L |       |       |

測定値がNDと表記の場合、定量下限値にて検出なし(Not Detected)を意味する。  
定量下限値: 測定毎にバックグラウンド等を踏まえた測定時定量下限値

放射能検査に関する注記:

本測定は、「緊急時モニタリング計画における食品の放射能測定・分析」に基づき、ゲルマニウム半導体検出器により、放射性ヨウ素(I-131)、放射性セシウム(Cs-134, Cs-137)の放射線核種を測定する。

本測定時は、定量下限値の2/3を検出下限とし、ND(不検出)表記の場合は、検出下限にての検出がない事を意味する。定量下限と検出下限の間での検出値がある場合、測定時間を延長の上、確定を実施。

測定装置: CANBERRA GC2020又はORTEC GEM20-70

測定容器: 2Lマリネリ容器を使用する。ただし、検体量が不足する場合、U8型容器にて実施。

結果注釈: I-131, Cs-134, Cs-137不検出

注) 検査結果は、依頼者より提供された検体の分析結果であり、弊社は、当該検体の分析結果についてのみ、その結果を証明します。弊社は、検体の収去に一切関与しておらず、検体以外のいかなる製品に対して、この分析結果を証明するものではありません。本分析試験報告書を弊社の許可なく無断で転載し、使用することを禁止します。(ただし、行政機関による検査の場合を除く)